

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Ферропласт Медикал»
(ООО «Ферропласт Медикал»)

зарегистрировано Ярославской регистрационно-лицензионной палатой мэрии
г. Ярославля 06 октября 2000г. № 14606 ОГРН 1027600623137

Россия, 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
тел. (4852) 48-67-02; факс (4852) 58-45-62, 58-45-63

в лице Директора Туровича Станислава Семёновича

заявляет, что Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных
медицинских инструментов по ТУ 9452-002-55307168-2004.

в двух исполнениях:

- КБ-02-«Я»-ФП;
- КБн-02-«Я»-ФП.

Принадлежности:
- вставка плавкая - 2 шт.

ОКПД2 32.50.50.190 ТН ВЭД 9018 20 000 0 Серийный выпуск.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ферропласт Медикал»
(ООО «Ферропласт Медикал»)
Россия, 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
место производства: Россия, 152260, Ярославская область, Некрасовский район,
пос. Приволжский

соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

Декларация принята на основании протокола технических испытаний
№ 2020.TD-205.07MO от 20.07.2020г. ООО ИЛЦ «МедТестПрибор»
(№ РОСС RU.0001.21MP26);
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11193 от 21.02.2018г.
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Дата принятия декларации

22 июля 2020г.

Декларация соответствия действительна до

22 июля 2023г.

М.П.

Подпись

С.С. Турович
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Декларация зарегистрирована Органом по сертификации медицинских изделий
АНО «ВНИИИМТ» (ОС МИ АНО «ВНИИИМТ») № RA.RU.1 ИМ02
Россия, Москва, ул. Касаткина, д. 3
тел. (499)-187-25439, (495)-683-97-92, факс (499)-187-89-54, e-mail: im02@bk.ru

Для сертификатов и деклараций
22 июля 2020г. № РОСС RU Д-RU.ИМ02.В.00207/20

М.П. Е.И. Полянская
инициалы, фамилия руководителя Органа по сертификации